

MAGNEETTITUTKIMUKSESSA HUOMIOITAVAA

Seuraavat asiat saattavat olla esteenä magneettikuvaukselle

- sydämentahdistin tai tahdistinjohdot
- sisäkorvaimplanti- tai kuulolaite
- lääkelaastari, insuliini- tai kipupumppu, glukoosimittarit
- aneurysma- tai muut leikkausklipsit, suntit jne.
- puudute-, varjoaine- tai lääkeaineallergiat
- munuaisten vajaatoiminta
- ahtaanpaikankammo
- hermosimulaattori tai stimulaattorijohdot
- valtimopullistuma (aneurysma)- tai leikkausklipsit tai koilit
- sydämen keinoläppä
- metallisirpaleita kehossa
- rinnan laajenninproteesi (expander, ei silikoni-implantit)

Lähettävä lääkäri arvioi kuvaukseen toteutusmahdollisuuden tapauskohtaisesti

- Glukoosisensori, lääkelaastari (ei hormonilaastari) ja/tai kuulolaite on poistettava kuvausta varten.
- Keinonivel, sterilisaatioklipsit, hammasproteesit tai -raudat eivät yleensä estä kuvauksen tekemistä. Ilmoita mahdollisesta implanttikortista.
- Magneettitutkimusta ei suositella tehtäväksi alkuraskauden aikana.

Avaimet, puhelin ja muut älylaitteet, pankkikortit ym. kortit on jätettävä kuvaushuoneen ulkopuolelle

Tarvittaessa ota yhteyttä Lääkärikeskus Minervaan

RAUMA p. 02 838 0800

EURO p. 02 838 0880