

MAGNEETTITUTKIMUKSESSA HUOMIOITAVAA

Seuraavat asiat saattavat olla este magneettikuvaukselle:

- sydämentahdistin tai tahdistinjohdot
- sisäkorvaimplanti- tai kuulolaite
- lääkelaastari, insuliini- tai kipupumppu, glukoosimittarit
- aneurysma- tai muita leikkausklipsejä, suntteja
- puudute-, varjoaine- tai lääkeaineallergioita
- munuaisten vajaatoiminta
- ahtaanpaikankammo
- hermosimulaattori tai stimulaattorijohdot
- valtimopullistuma (aneurysma)- tai leikkausklipsit tai koilit
- sydämen keinoläppä
- metallisirpaleita kehossa
- rinnan laajenniproteesi (expander, ei silikoni-implantit)

Lähettävä lääkäri arvioi kuvaukseen toteutusmahdollisuuden tapauskohtaisesti.

Glukoosisensori, lääkelaastari (ei hormonilaastari) ja/tai kuulolaite on poistettava kuvausta varten.

Keinonivel, sterilisaatioklipsit, hammasproteesit tai -raudat eivät yleensä estä kuvauksen tekemistä. Ilmoita mahdollisesta implanttikortista.

Magneettitutkimusta ei suositella tehtäväksi alkuraskauden aikana.

Avaimet puhelin ja muut älylaitteet, pankkikortit ym kortit on jätettävä kuvaushuoneen ulkopuolelle.

Tarvittaessa ota yhteyttä Lääkärikeskus Minervaan

RAUMA 02 838 0800, EURA 02 838 0880